

分析证明书

游离氰 标准溶液

产品编号: ABS_54012
批号: 013024
生产日期: 2024-01-30

保质期: 2026-01-30
基质/溶剂: 稀NaOH
危害: 刺激

中文名	CAS	纯度	质量浓度 ± 不确定度 ug/mL
氰化钾（以CN计）	151-50-8	99.0%	1000.1 ± 2.0

储存/使用说明/溯源

该标准溶液需4℃保存

- * 确认值由质量/容量法计算得出
- * 所有标准品的制备均采用纯化酸（碱）、18.2兆欧去离子水、A类玻璃器皿及其他最高纯度化学品为原料
- * 标准溶液使用重量法制备，天平使用可追溯到NIST的砝码进行校准（NIST Test Number:6UTB，天平不确定度：5E-05B）

用途

- 分析仪器校准
- 分析方法验证
- 配制工作标准，如校核标准
- 检测极限研究

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀。批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.

Benson Chan

Benson Chan

Pedro L. Rentas

Pedro L. Rentas

配制实验室及资质: absolute

ISO 9001:2015 NSF International Strategic Registration – Certificate # C0023640-IS8



ISO 17034:2016 - Certificate AR-1539



ISO/IEC 17043:2010 - Certificate AP-1543



ISO/IEC 17025:2017 - Certificate AT-1538